

CardioVex

Líder en equipamiento cardiológico



HOLTER

Manual de uso



Índice de contenidos

Derechos	1
Garantía	1
Servicio Técnico	1
Responsabilidad médica	1
Versión del software	2
Versión del manual	2
Uso previsto	2
Introducción	3
Consideraciones referentes al funcionamiento y a la performance	5
Política de servicio	6
Símbolos	7
Contacto	8
Empleo seguro del dispositivo	8
Advertencias	8
Precauciones	10
Biocompatibilidad	10
Instalación del software	11
Actualizaciones automáticas	13
Configuración del software	14
Configuración del equipo	20
Preparación del paciente	23
Información para el paciente	23
Colocación de los electrodos al paciente	23
Ubicación de los electrodos y cables de paciente	24
Inicio de la grabación	29
Eventos	31
Descarga de los datos a la PC	31
Botonera de inicio	31
Organizador de estudios	34
Importar estudios	35
Procesamiento de datos	36
Procesamiento de los datos de la grabación	36
Edición de datos	38

Menú de navegación	39
ECG	40
Datos del latido	41
Medición de ST	42
ECG Comprimido	43
Morfologías	44
Arritmias	49
Latidos promediado	51
Gráficos	52
Tablas	53
Eventos	54
Conclusiones	56
Análisis PR	59
Análisis de marcapasos	60
Informe	61
Actualizar resultados	64
Variabilidad de frecuencia	65
Introducción	65
Análisis de la variabilidad de la Frecuencia Cardíaca	66
Análisis en el dominio del tiempo	66
Análisis en el dominio de la frecuencia	72
Mantenimiento	75
Limpieza del registrador y el cable del paciente	75
Inspección del registrador	75
Comprobación del registrador	75
Formateo de memoria SD	76
Almacenamiento del registrador	76
Eliminación del equipo	76
Especificaciones técnicas	77
Características de registrador	77
Características del software	77
Cumplimiento de normativas	78
Requerimientos mínimos de la PC	78
Accesorios	78
Información sobre emisiones electromagnéticas e inmunidad	80

Emisiones electromagnéticas	80
Inmunidad electromagnética	80
Solución de problemas	84

Derechos

Copyright © de VECCSA S.A. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de la documentación puede ser reproducida, guardada, transmitida o copiada por cualquier medio sin el consentimiento previo de VECCSA S.A.

Garantía

Si en el período de un (1) año a partir de la fecha de compra, este producto falla debido a un defecto de materiales o fabricación, VECCSA S.A. reparará o reemplazará el mismo, a su juicio, sin costo alguno. La presente garantía se extiende al comprador original y es intransferible. Esta garantía no cubre lo siguiente: (a) daño a las unidades ocasionado por accidente, caída o manipulación indebida, uso negligente; (b) unidades que hayan sido sometidas a reparación no autorizada, abiertas, desarmadas o de alguna otra manera modificadas; (c) unidades no utilizadas de acuerdo con las instrucciones; (d) daños que excedan el costo del producto; (e) el acabado en cualquier parte del producto, como la superficie o capa protectora, ya que esto se considera uso y desgaste normal; (f) daños durante el transporte, costos de instalación inicial, costos de desinstalación o de reinstalación, costos de transporte.

Servicio Técnico

En caso de requerir una reparación recomendamos remitir el equipo al fabricante a fin de mantener la calidad y seguridad del producto. Ver sección [Política de servicio](#) para más detalles.

Responsabilidad médica

El sistema CardioVex Holter está diseñado para uso exclusivo de personal médico. Los resultados que brinda el software se deben analizar conjuntamente con la condición clínica de cada paciente. Es exclusiva responsabilidad del personal médico el diagnóstico y tratamiento del paciente en función de la interpretación de los resultados obtenidos con el sistema.

La empresa no se responsabiliza por el tratamiento dado a un paciente en función de los resultados brindados por el equipo.

Versión del software

4.8.6.0

Versión del manual

Revisión V - Dic 2020

Lea todo el manual antes de proceder a conectar un paciente

Uso previsto

CardioVex Holter modelo MMC10D es un Sistema de Registro electrocardiográfico ambulatorio de tres canales. Las mediciones electrocardiográficas (ECG) de cada canal se almacenan en una memoria de estado sólido de tipo SD (tarjeta) en forma continua entre 24 y 48 horas. Puede visualizarse en el display el comienzo de la grabación de cada uno de los canales y el estado de la pila y la memoria. Finalizado el registro de los datos, la tarjeta conteniendo la información es retirada del grabador y conectada en la unidad lectora donde se transfiere a una computadora personal para su análisis mediante el programa CardioVex Holter, quedando el dispositivo libre para ser usado nuevamente. El software realiza una clasificación automática de los latidos grabados, debiendo el profesional verificar y/o realizar las correcciones necesarias. El software permite al usuario reclasificar latidos y/o eliminar falsos latidos para luego realizar una detección automática de arritmias. En base a los resultados del análisis, el profesional elabora el diagnóstico del paciente. Finalmente se obtiene un informe que puede ser impreso.

El sistema CardioVex Holter está diseñado para uso exclusivo de personal médico. Los resultados que brinda el software se deben analizar conjuntamente con la condición clínica de cada paciente. Es exclusiva responsabilidad del personal médico el diagnóstico y tratamiento del paciente en función de la interpretación de los resultados obtenidos con el sistema. El Sistema CardioVex Holter no está diseñado para niños con un peso inferior a 10 kg. Su uso no producirá efectos adversos en el paciente o en el profesional interviniente.

Población de pacientes prevista

El estudio Holter está indicado para pacientes bajo control por alguna condición o enfermedad cardíaca ya detectada, o bien pacientes sin ninguna condición o enfermedad cardíaca detectada.

El sistema CardioVex Holter está previsto para uso con pacientes adultos como así también en niños. No está previsto el uso en niños con un peso inferior a 10 kg.

Indicación médica prevista

El procedimiento del registrador Holter es una de las muchas herramientas que los médicos utilizan para detectar anomalías rítmicas en el ECG, tanto infrecuentes como provocadas por la actividad, fuera de la consulta del médico. A continuación se detallan las indicaciones del estudio Holter:

- Arritmias
- Dolor torácico
- Síncope idiopático
- Disnea
- Palpitaciones
- Evaluación de un marcapasos
- Regulación de fármacos antiarrítmicos
- Evaluación de un paciente tras haber sufrido un infarto de miocardio
- Antecedentes familiares de cardiopatías

Localización prevista

El sistema CardioVex Holter está previsto para uso ambulatorio.

Introducción

Bienvenido al sistema de adquisición y análisis CardioVex Holter. El sistema CardioVex Holter contiene un conjunto de nuevas características que permiten desarrollar un estudio Holter de manera intuitiva y fácil. El software de análisis fue diseñado con la más reciente tecnología y la última generación en algoritmos de procesamiento de ECG.



Figura 1. Grabador CardioVex Holter modelo MMC10D

- Su peso ligero y su pequeño tamaño ofrecen comodidad al paciente.
- El botón de eventos permite a los pacientes marcar sucesos que consideren importantes.
- Información sobre el estado del sistema en el display LCD color.
- Tarjeta de memoria SD (Secure Digital) extraíble para el almacenamiento de ECG durante un mínimo de 24 horas y para la transferencia de datos del ECG.
- Funciona con 1 (una) batería alcalina de tipo AA
- Cables portaelectrodos individuales extraíbles.
- En el display LCD se muestran los trazados de ECG para evaluar la correcta conexión de los

electrodos.

- Indicación de fecha y hora en pantalla.
- Indicación de mensajes en relación al nivel de carga de la pila y al estado de la memoria SD.
- Ajustes para el usuario:
 - Tipo de derivaciones a adquirir:
 - 3 canales bipolares independientes, o
 - 3 derivaciones de ECG estándar
 - Fecha y hora
 - Idiomas del menú: Español e Inglés
 - Nivel de brillo del display

Consideraciones referentes al funcionamiento y a la performance

El sistema CardioVex Holter permite realizar un registro electrocardiográfico de un paciente de manera ambulatoria durante 24 a 48 horas.

La señal electrocardiográfica es tomada mediante electrodos, por contacto con la piel del paciente. Los potenciales que se miden en los electrodos (tensiones o voltajes) son amplificados y luego digitalizados por la unidad adquisidora. La señal es almacenada en una memoria SD para un posterior análisis en una PC.

La calidad del trazado se puede ver afectada por la forma en que se realicen la preparación de la piel, la colocación de los electrodos y la ubicación de los cables de paciente. Para una explicación detallada de cómo realizar una adecuada preparación de la piel y colocación de los electrodos, ver la sección [Preparación del paciente](#)

Los electrodos utilizados también cumplen un rol importante, sobre todo en situaciones de movimiento del paciente. Para una selección de electrodos adecuados, ver la sección [Accesorios](#)

El sistema provee la opción de aplicar filtros de visualización, que ayudan a minimizar los ruidos o artefactos comúnmente presentes en trazados de ECG. Para una explicación detallada de los distintos filtros disponibles ver la sección [Configuración del software](#).

Para el análisis de la señal electrocardiográfica se dispone de distintas herramientas y funcionalidades de software. Para explicaciones detalladas de las funciones disponibles ver las secciones [Procesamiento de datos](#), [Edición de datos](#) y [Variabilidad de frecuencia](#).

Política de servicio

CardioVex deberá realizar o aprobar todas las reparaciones de productos en garantía. Las reparaciones no autorizadas anulan la garantía. Además, las reparaciones de productos, independientemente de que se encuentren o no en garantía, las deberá realizar exclusivamente el personal certificado del servicio de asistencia técnica de CardioVex.

El fabricante proporcionará al personal expresamente autorizado a realizar mantenimiento y/o reparación de este equipo esquemas de circuitos, listado de componentes, descripciones, instrucciones de calibración y demás información técnica que considere necesaria para las partes que sean designadas por el fabricante como reparables.

Si el producto no funciona correctamente, o si necesita piezas de repuesto o asistencia técnica, póngase en contacto con el Centro de asistencia técnica de CardioVex más cercano. Encontrará los números de teléfono en la sección de [Contacto](#)

Antes de ponerse en contacto con CardioVex, intente reproducir de nuevo el problema y revise todos los accesorios para asegurarse de que no son la causa del problema. Al realizar la llamada, tenga preparada la siguiente información:

- Nombre del producto, número de modelo y descripción completa del problema.
- El número de serie del producto (si procede).
- El nombre, la dirección y el número de teléfono de su centro.
- En el caso de reparaciones fuera de garantía o de solicitud de piezas de repuesto, un número de pedido (o de tarjeta de crédito).
- Para la solicitud de piezas, el número o números de la pieza o piezas de repuesto necesarias.

Si el producto requiere servicio de reparación en garantía, con ampliación de garantía o sin garantía, llame en primer lugar al Centro de asistencia técnica de CardioVex más cercano. Un representante le ayudará a identificar el problema e intentará resolverlo por teléfono, para evitar devoluciones innecesarias.

Si necesita devolver artículos para su reparación, siga estas instrucciones de recomendación sobre el embalaje:

- Retire todos los cables, sensores y productos accesorios (según sea necesario) antes de proceder al embalaje, a menos que sospeche que están relacionados con el problema.
- Siempre que sea posible, utilice la caja de envío o los materiales de embalaje originales.

Se recomienda asegurar todos los artículos devueltos. Las reclamaciones por pérdida o daños en el producto deberá presentarlas el remitente.

Símbolos



Advertencias o precauciones asociadas con el producto. Leer detenidamente.



Atención: consultar las instrucciones de uso



Parte aplicable Tipo BF sin protección contra desfibrilador



Dispositivo Clase II



Equipo no destinado para uso en niños con pesos menores a 10 Kg



Datos del Fabricante:

VECCSA S.A.

Juramento 5841 (C1431CLA) Buenos Aires – Argentina

Director Técnico: Ing. Daniel Taboh MN5224



Polaridad de la batería. Utilizar baterías alcalinas de tipo AA



Rango de temperaturas (consulte la sección [Especificaciones técnicas](#))



Mantener seco (consulte la sección [Especificaciones técnicas](#))



Este extremo hacia arriba



Frágil, cristal



Número de serie



Mantener alejado de la luz solar directa

Autorizado por la ANMAT PM 1271-10

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Contacto

Dirección: Juramento 5841 - (C1431CLA) Buenos Aires, Argentina

Teléfono: (5411) 4572-7004 / 4572-0045 (fax)

Mail: info@veccsa.com

Web site: www.cardiovex.com

Empleo seguro del dispositivo

Familiarícese con estas advertencias. A lo largo de este manual también encontrará advertencias y precauciones específicas.

Advertencias

Las Advertencias de este manual identifican situaciones o prácticas que, si no se corrigen o detienen inmediatamente, pueden producir lesiones, enfermedades o incluso la muerte del paciente.



ADVERTENCIA El registrador CardioVex Holter no está preparado para funcionar en combinación con otro equipo.

ADVERTENCIA Los equipos móviles y portátiles de comunicación por radiofrecuencia pueden afectar al funcionamiento del equipo.



ADVERTENCIA Los equipos y accesorios periféricos que entran en contacto con el paciente deben cumplir todos los requisitos de seguridad y compatibilidad electromagnética (EMC), así como la normativa aplicable.

ADVERTENCIA El sistema CardioVex Holter requiere precauciones especiales respecto a la compatibilidad electromagnética y necesita ser instalado y puesto en servicio conforme a la información de compatibilidad electromagnética suministrada en la sección Inmunidad electromagnética

ADVERTENCIA El uso de accesorios diferentes de los especificados puede provocar un incremento de las emisiones o una disminución de la inmunidad del equipo.

ADVERTENCIA A la hora de utilizar el equipo, éste no debería estar colocado contiguamente a otro aparato ni apilarse encima o debajo de otro equipo; si esto fuera necesario por algún motivo, deberá verificarse que el funcionamiento del equipo es normal según la configuración elegida.

ADVERTENCIA El sistema CardioVex Holter NO es apto para trabajar en conjunto con equipos de electrocirugía.

ADVERTENCIA Las partes conductoras de los electrodos son partes aplicables tipo BF sin protección contra desfibrilador. Retire los electrodos, los cables de paciente y el registrador del paciente antes de una desfibrilación.

ADVERTENCIA Las partes conductoras de los electrodos, incluido el electrodo de neutro, no deben entrar en contacto con otras piezas conductoras, incluida la toma de tierra.

ADVERTENCIA Existe un peligro posible causado por la suma de corrientes de fuga cuando se interconectan varios equipos sobre el paciente.

ADVERTENCIA No se permite modificación ni reparación no autorizada del equipo. Únicamente se autoriza la reparación o modificación del equipo por parte del servicio técnico CardioVex. La modificación o reparación no autorizada puede provocar la aparición de riesgos no identificados por el fabricante, incluidos una pérdida de seguridad del paciente y/o del operador.



ADVERTENCIA Los cambios efectuados en la PC, entendiendo por cambios cualquier mejora, modificación o actualización de hardware o software, más allá de las acciones de mantenimiento recomendadas para el sistema CardioVex Holter, podrían introducir nuevos riesgos, y requerir análisis adicional.

ADVERTENCIA Los electrodos de ECG pueden provocar irritaciones en la piel. Examine la piel del paciente para comprobar si presenta signos de irritación o inflamación y, si es así, no coloque los electrodos en dichas áreas.

Precauciones

Los avisos de Precaución de este manual identifican situaciones o prácticas que, si no se corrigen o se detienen inmediatamente, pueden provocar un fallo del equipo, daños en el mismo o pérdida de datos.



Precaución NO utilice acetona, éter, freón, derivados del petróleo ni otros disolventes para limpiar el registrador

Precaución NO permita que los contactos de las baterías o las patillas de los conectores del paciente entren en contacto con agua o jabón.

Precaución NO sumerja el registrador ni los cables del paciente, ni los someta a esterilización en autoclave o a limpieza al vapor.

Precaución Utilice una pila alcalina tipo AA cuando cambie la batería. Observe la polaridad de la misma.

Biocompatibilidad



ADVERTENCIA Para impedir la diseminación de infecciones, tome las siguientes precauciones:

- Deseche los componentes de un solo uso (por ejemplo, electrodos) después de emplearlos una vez.
- Limpie y desinfecte regularmente todos los componentes que tengan contacto con los pacientes.
- Evite realizar el estudio en pacientes con úlceras infecciosas abiertas.

ADVERTENCIA Mantenga el dispositivo y cables de paciente limpios, especialmente los componentes que entran en contacto con el paciente a fin de evitar infecciones cruzadas.

Instalación del software

Para la instalación del software, se coloca el CD en la unidad correspondiente y se ejecutará un menú como el que indica la figura:




Figura 2. Menú del CD de instalación

Seleccione **INSTALAR SOFTWARE** para proceder a instalar el software en su computadora. El programa de instalación crea un directorio donde serán creados algunos directorios y serán copiados los archivos necesarios para la operación del sistema.

Para iniciar la operación del sistema es suficiente hacer un doble click en el ícono creado en el Escritorio con el nombre de CardioVex Holter.

También se pueden utilizar los accesos creados en la carpeta CardioVex Holter en el menú de Programas.

Una vez instalado el software si posee WINDOWS 98 necesitará instalar drivers para el lector de tarjetas de memoria, para esto vuelva al menú del CD y seleccione **UTILIDADES** y luego **DRIVERS LECTOR** para proceder a instalar los drivers del lector de tarjetas SD.

Si necesita formatear la tarjeta de memoria SD utilice el programa provisto en **UTILIDADES**.

Actualizaciones automáticas

El software de CardioVex Holter buscará actualizaciones de software automáticamente.




Figura 3. Actualización de software

También se pueden buscar desde el menú Ayuda → Buscar actualizaciones.




Figura 4. Buscar actualización desde el menú

De encontrarla, dará aviso al usuario sobre los cambios que se instalarán con la actualización. El usuario puede elegir Instalar actualización, Recordármelo más tarde u Omitir esta versión.




Figura 5. Actualización encontrada

Si se elige descargar la actualización, se podrá iniciar el proceso de instalación. Es importante cerrar la aplicación cuando se comience la instalación.

Configuración del software

Se accede a la configuración del sistema mediante el menú de opciones en **Configurar**.




Figura 6. Menú de configuración de la aplicación

Desde la opción de **Parámetros de análisis**, se configuran los valores que el software debe tener en cuenta al momento de detectar Arritmias, Eventos ST y en el Análisis HRV.




Figura 7. Parámetros avanzados de análisis

Para configurar los datos de la institución accede a **Datos Institucionales**.

Mediante una ventana de configuración se puede definir el encabezado que será impreso en la parte superior de la primera hoja del informe.

Hay 3 áreas de texto para escribir: Nombre de la institución, Departamento / servicio / responsable y

Datos adicionales, y 2 áreas de imagen.

Desde el botón 'Agregar' se habilitan los campos a llenar con los datos a mostrar en el informe. El 'Logo de la institución' es la imagen a ser mostrada en el encabezado. La 'Rúbrica' es una imagen, por ejemplo, una firma que aparecerá al pie del informe.

Luego de agregar todos los campos, se debe aceptar para cargar el encabezado. Desde el botón 'Editar' se habilitarán los campos para modificar los datos. El botón 'Eliminar' borrará el encabezado seleccionado. El botón 'Predeterminado' selecciona un mismo encabezado a mostrar en el informe a menos que se seleccione otro.

Figura 8. Configuración de los Datos Institucionales

La opción **Ganancia del ECG** permite ajustar la ganancia del trazado antes de ingresar el estudio al sistema o bien una vez que ya está analizado.

Ganancia del ECG X

Ganancia por defecto (para estudios nuevos)

☒ Utilizar ganancia predeterminada del dispositivo

☐ Utilizar ganancia definida por el usuario

+/- milivolts

Ganancia del estudio activo

Canal 1	+/-	2.00	milivolts
Canal 2	+/-	2.00	milivolts
Canal 3	+/-	2.00	milivolts

NOTA: Debe reabrir el estudio para que tenga efecto esta modificación

Aceptar Cancelar

Figura 9. Configuración de la ganancia del ECG

En **Derivaciones del ECG** se pueden especificar las derivaciones utilizadas en cada canal. En caso de adquirirse 3 canales bipolares independientes se puede especificar “Canal 1”, “Canal 2”, “Canal 3”, y en caso de adquirirse 3 derivaciones estándar se pueden elegir en cada menú desplegable cualquier derivación estándar.




Figura 10. Configuración de las derivaciones del ECG

En **Filtros de ECG** se puede elegir qué tipo de filtros desea aplicarle a la visualización de la señal




Figura 11. Configuración de los filtros de ECG



ADVERTENCIA La aplicación de filtros de visualización de ECG puede introducir distorsión en la morfología. Es preferible, si es posible, eliminar o reducir los ruidos o artefactos observados tratando las causas de los mismos.

En **Colores de latidos** se permite seleccionar los colores de visualización del estudio de acuerdo a su preferencia. Se tiene la posibilidad de elegir distintas configuraciones de colores para la revisión. Además de poder agregar perfiles de colores propios, editar y eliminar los que no utilice con los botones que aparecen en la parte superior derecha de la ventana



Figura 12. Opciones de configuración de colores

El primero de ellos se utiliza para agregar un perfil de color nuevo, el segundo para editar uno existente y el tercero para eliminar un perfil de color.




Figura 13. Configuración de colores

La opción **Borrar grabadora** que se encuentra en el menú UTILIDADES permite borrar la memoria

del grabador para que pueda ser utilizado nuevamente.

Configuración del equipo

Para acceder al menú de configuración del equipo deben seguirse los siguientes pasos:

1. Colocar una memoria SD en el grabador.
2. Colocar una pila nueva y encender el equipo con el botón “Confirmar”.
3. Luego de mostrar la pantalla de inicio del equipo se visualizan tres trazados de señal en el display.
4. Mientras se visualiza el trazado en pantalla, presionar el botón “Arriba”.

Se mostrará un menú de configuración como se muestra a continuación:




Figura 14. Configuración de ajustes

El menú que aparece se puede navegar con los botones “Arriba”, “Abajo” y “Confirmar”, y permite configurar las siguientes opciones:

- Selección de canales
- Ajustes de sistema

El menú de Selección de canales ofrece las siguientes opciones:

- Opción 1: 3 canales independientes
- Opción 2: DII, V1, V5
- Opción 3: DIII, V2, V6




Figura 15. Configuración de esquemas de canales

El menú de ajustes del sistema ofrece las siguientes opciones:

- Fecha y hora
- Idioma del menú
- Brillo del display




Figura 16. Configuración de ajustes de sistema

Luego de hacer una selección de canales determinada se muestra en pantalla un esquema de conexión de los cables de paciente.

Diagrama de esquema de conexión:




Figura 17. Esquema de conexión

Ver la sección [Colocación de los electrodos al paciente](#) donde se detalla la ubicación de los electrodos para cada selección de canales.

Preparación del paciente

Información para el paciente

Asegúrese de que el paciente acuda a la cita con ropa holgada y cómoda (camisa y pantalón, o blusa y falda, mejor que trajes de una pieza).

Durante la cita, explique al paciente lo siguiente:

- Cómo se lleva a cabo el procedimiento de registro.
- Que no se debe retirar los electrodos ni desconectar los cables de paciente.
- Que no se debe bañar ni duchar durante el período de registro, y debe evitar el contacto de cualquier parte del equipo con el agua.
- Cómo registrar información en el diario del paciente.
- Cómo registrar eventos de paciente durante el estudio.

Colocación de los electrodos al paciente



Precaución Compruebe siempre que utiliza la colocación de electrodos correcta para la configuración de canales seleccionada. Ver cómo se configuran los canales a adquirir en la sección [Configuración del equipo](#)

Procure que el paciente se sienta cómodo. La preparación del paciente es importante para lograr un procedimiento Holter correcto.

- Describa el procedimiento al paciente.
- Prepare los puntos donde va a colocar los electrodos. Consulte la sección
- Si es necesario, afeite la zona donde va a colocar los electrodos.
- Limpie los puntos de aplicación de los electrodos con alcohol.
- Deje que se sequen los puntos donde va a colocar los electrodos.
- Conecte los electrodos a los cables portaelectrodos antes de adherirlos a la piel del paciente.

- Fije todos los electrodos al torso del paciente. Forme un bucle de 2,5 a 5 cm de diámetro con cada cable portaelectrodos, colóquelos aproximadamente a 5 cm de cada electrodo y péguelos a la piel con cinta hipoalérgica (ver [Bucle de tensión en el cable portaelectrodos](#)). De esta forma reducirá los movimientos que pueden provocar artefactos de señal.




Figura 18. Bucle de tensión en el cable portaelectrodos

Ubicación de los electrodos y cables de paciente

El equipo permite hacer la adquisición de 3 canales de ECG. El médico puede elegir hacer una adquisición de 3 canales bipolares independientes o bien 3 canales estándar.

Cuando se hace una adquisición de 3 canales bipolares independientes, se registran los potenciales medidos entre pares de cables de paciente siguiendo el código de colores AHA, esto es:

- Canal 1: Rojo (+) y Blanco (-)
- Canal 2: Marrón (+) y Negro (-)

- Canal 3: Naranja (+) y Azul (-)

Cuando se hace una adquisición de 3 derivaciones estándar, se registran los potenciales de 3 de las 12 derivaciones de un ECG estándar, esto es:

- Canal 1: DII
- Canal 2: V1
- Canal 3: V5

o bien:

- Canal 1: DIII
- Canal 2: V2
- Canal 3: V6



Precaución La configuración de fábrica es para hacer una adquisición de 3 canales bipolares independientes. Para realizar una adquisición de 3 derivaciones estándar se debe configurar el equipo de acuerdo a las instrucciones de la sección [Configuración del equipo](#)

Los cables portaelectrodos se conectan del lado del equipo siguiendo el código de colores y rótulos presentes en el equipo, ver [Cables de paciente con código de colores AHA](#), [Conexión del cable portaelectrodos del lado del equipo](#) y [Rótulo de cables portaelectrodos en el equipo](#). Compruebe que cada cable de paciente está totalmente insertado en el equipo.



Figura 19. Cables de paciente con código de colores AHA




Figura 20. Conexión del cable portaelectrodos del lado del equipo

CANAL 1		CANAL 2		CANAL 3		N
+	-	+	-	+	-	

Figura 21. Rótulo de cables portaelectrodos en el equipo

A continuación se detalla la forma de realizar la colocación de electrodos en el torso del paciente, de acuerdo a cada configuración de canales.

Tabla 1. Colocación para tres canales diferentes

Rótulo	Color	Función	Colocación
CANAL 1+	Rojo	CANAL 1+	Cuarto espacio intercostal, a la izquierda de la línea esternal
CANAL 1-	Blanco	CANAL 1-	Clavícula derecha, en la línea media clavicular
CANAL 2+	Marrón	CANAL 2+	Quinto espacio intercostal, a la izquierda de la línea media clavicular
CANAL 2-	Negro	CANAL 2-	Clavícula izquierda, lateral respecto al esternón
CANAL 3+	Naranja	CANAL 3+	Sexto espacio intercostal, en la línea media axilar
CANAL 3-	Azul	CANAL 3-	Clavícula izquierda, a la izquierda de la línea media clavicular
NEUTRO	Verde	NEUTRO	Última costilla en el lado derecho del tórax




Figura 22. Diagrama de colocación para tres canales diferentes

Tabla 2. Colocación para tres canales estándar: DII, V1, V5

Rótulo	Color	Función	Colocación
CANAL 1+	Rojo	RA	Debajo de la clavícula derecha, en la línea media clavicular
CANAL 1-	Blanco	LA	Debajo de la clavícula izquierda, en la línea media clavicular
CANAL 2+	Marrón	LL	Entre cadera izquierda y última costilla izquierda

Rótulo	Color	Función	Colocación
CANAL 2-	Negro	V1	Cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 y 5) a la derecha del esternón
CANAL 3+	Naranja	V5	Quinto espacio intercostal (entre las costillas 5 y 6) en la línea axilar anterior
CANAL 3-	Azul	-	No se conecta
NEUTRO	Verde	RL	Entre cadera derecha y última costilla derecha




Figura 23. Diagrama de colocación para tres canales estándar: DII, V1, V5

Tabla 3. Colocación para tres canales estándar: DIII, V2, V6

Rótulo	Color	Función	Colocación
CANAL 1+	Rojo	RA	Debajo de la clavícula derecha, en la línea media clavicular
CANAL 1-	Blanco	LA	Debajo de la clavícula izquierda, en la línea media clavicular
CANAL 2+	Marrón	LL	Entre cadera izquierda y última costilla izquierda
CANAL 2-	Negro	V2	Cuarto espacio intercostal (entre las costillas 4 y 5) a la izquierda del esternón
CANAL 3+	Naranja	V6	Quinto espacio intercostal (entre las costillas 5 y 6) en la línea medio-axilar
CANAL 3-	Azul	-	No se conecta

Rótulo	Color	Función	Colocación
NEUTRO	Verde	RL	Entre cadera derecha y última costilla derecha




Figura 24. Diagrama de colocación para tres canales estándar: DIII, V2, V6

Inicio de la grabación



ADVERTENCIA Antes de cada uso, inspeccione el cable y las derivaciones del paciente, el LED o la ventana LCD y la carcasa del registrador para comprobar si presentan fisuras o roturas.

Para iniciar una grabación se deben seguir los siguientes pasos:

1. Prepare al paciente según se indica en la sección [Colocación de los electrodos al paciente](#)
2. Quite la tapa de la batería del registrador.
3. Inserte la tarjeta de memoria Secure Digital (SD) en la ranura del registrador, situada detrás del compartimento de la pila.
4. Inserte una batería alcalina nueva de tipo AA (LR 6). Observe la polaridad indicada sobre el registrador.
5. Coloque la tapa de la batería en el registrador.
6. Presione el botón Confirmar para iniciar el funcionamiento del registrador.

El equipo indica los distintos pasos en pantalla:

- Pantalla de bienvenida, incluyendo la marca y modelo CardioVex Holter, la fecha y hora actuales, el número de serie del registrador, y la versión.
- El registrador inicializa la memoria SD e informa en pantalla sobre cualquier error relacionado con la memoria SD y/o la carga de la pila.
- Se muestran en pantalla los trazados de ECG de los tres canales a adquirir. Esta señal no es útil para fines de diagnóstico, sino que permite visualizar las señales y hacer los ajustes necesarios en los electrodos y cables de paciente hasta obtener un trazado libre de artefactos.
- Finalmente, cuando se ha verificado la correcta colocación de los electrodos y el trazado es adecuado, se confirma el inicio del estudio con el botón Confirmar. Se mostrará un mensaje en pantalla que indica el inicio de la grabación, y luego la pantalla quedará inactiva durante el estudio de Holter.

Si el equipo muestra algún mensaje de error, consulte la sección [Solución de problemas](#)

7. Coloque el registrador en la funda de transporte y utilice el cinturón para sujetar el registrador a la cintura del paciente. Asegúrese de ajustarlo en una ubicación en la que los cables de paciente no estén tirantes.
8. Anote la hora de inicio, la fecha y los datos del paciente en el diario del paciente.
9. Dejar ir al paciente con el grabador funcionando por 24 o 48 hs.

A su regreso, el equipo se puede apagar manteniendo presionado el botón "Confirmar" durante 4 segundos, o bien quitando la pila directamente.

Finalmente, desconectar el grabador del paciente, retirar la pila y la memoria SD para proceder a la descarga del estudio a la PC, ver sección [Descarga de los datos a la PC](#)



ADVERTENCIA La fecha de inicio del estudio se toma de la configuración del sistema del equipo. Asegúrese de mantener actualizado los ajustes de fecha y hora del sistema. Consulte la sección [Configuración del equipo](#)

Eventos

La grabadora permite registrar paralelamente a la señal de ECG, cualquier evento que el paciente quiera referir al médico. Para registrar un evento, el paciente debe presionar cualquiera de los botones presentes en el frente del equipo (“Confirmar”, “Arriba” o “Abajo”).

Descarga de los datos a la PC

Para comenzar la descarga inserte la tarjeta de memoria en la unidad lectora para memoria SD de su PC.

Ejecute el software CardioVex Holter.

Se inicia el proceso de descarga haciendo click en la opción **Archivo** del menú principal y seleccionando **Nuevo Estudio** o desde la botonera de inicio.

Botonera de inicio

Al iniciar la aplicación encontrará el menú inicial con los cuatro accesos más utilizados. El botón ‘Nuevo’ que inicia un nuevo estudio, ‘Abrir’ que permite navegar por los estudios de la base de datos y abrir el que se desee. ‘Organizador de estudio’ que permite exportar, importar y eliminar estudio de la base de datos y ‘Salir’ que cierra la aplicación.



Figura 25. Botonera de inicio

El sistema abrirá una ventana para escribir los datos del paciente a estudiar. Si el paciente ya fue analizado y se encuentra en la base de datos presionando el botón **Buscar**  puede seleccionarse el mismo y los datos aparecerán en pantalla, si el paciente es nuevo, deberá presionar el botón **Nuevo** y escribir los datos del mismo.

Figura 26. Pantalla de ingreso de los datos del estudio

En la parte de “Estudio” (izquierda) si las tablas auxiliares de Convenio, Responsable y Solicitante, pueden usarse seleccionando una opción de la lista desplegable haciendo click en el triángulo.

Las opciones de Indicaciones / motivo, Medicaciones / tratamiento y Observaciones se usan seleccionando con un click de la lista desplegable un ítem y luego presionar el botón de ‘Agregar’.

Para agregar, editar o eliminar un elemento de la lista, hacer click en el botón de búsqueda .

Una vez completados los datos del paciente el sistema está listo para iniciar la descarga del grabador.

Al presionar **Aceptar** el sistema ya estará listo para iniciar la descarga. Sólo debe presionar el botón **Iniciar** y los registros serán transferidos a la PC. Una barra indicadora mostrará el porcentaje de descarga del grabador.




Figura 27. Pantalla de descarga del ECG

Una vez finalizada la descarga el sistema le dará la opción de guardar la descarga o continuar con el procesamiento de los datos adquiridos.

Organizador de estudios

Mediante esta pantalla el usuario puede guardar estudio en formato comprimido (ZIP) para realizar un almacenamiento de pacientes o bien para transportar los registros de una PC a otra.



Figura 28. Organizador de estudios

Importar estudios

Se pueden importar estudios de CardioVex Holter, para esto se deberá ir a la opción **Archivo**, luego a **Importar** y seleccionar **Grabaciones de Holter**.




Figura 29. Menú Importar desde carpeta

Procesamiento de datos

Procesamiento de los datos de la grabación

Una vez adquirido el estudio usted podrá hacer un pre-procesamiento. Este consta con la posibilidad de:

- Filtrar la señal.
- Detección de marcapasos.
- Invertir la polaridad en cualquiera de los tres canales.
- Anular canales.
- Amplificar o atenuar la amplitud de la señal.




Figura 30. Pantalla de pre-procesamiento del ECG

En el caso de que usted haya hecho algún cambio en la señal y desea aplicarlo presione la tecla "Guardar". Por último, Usted tiene la posibilidad de decidir la hora inicial y final de procesamiento de la señal para la detección de los latidos y las arritmias. Es de importancia usar esta herramienta en los casos en que el paciente se desconecta los electrodos del Holter antes de la 24 hs de grabación. También puede modificar los valores de parámetros de análisis de la señal electrocardiográfica. Los valores que se muestran son los que vienen por defecto en la aplicación.




Figura 31. Pantalla de procesamiento del ECG

Luego, se abre la ventana de cálculo de análisis ST. Desde allí se pueden modificar los parámetros. Si se desea una medición automática, hacer click en el botón 'Cancelar'.



ADVERTENCIA La modificación de los valores de umbrales de clasificación afecta la detección de morfologías, arritmias y valores estadísticos del estudio.

Edición de datos

La edición del examen descargado se implementa a través de un menú de navegación localizado en la parte superior de la pantalla.



Figura 32. Pantalla del ECG

Menú de navegación

El menú de navegación está constituido por un conjunto de herramientas, que se activan mediante el click del mouse:



Figura 33. Menú de navegación

1. ECG	9. Eventos
2. Datos del latido	10. Conclusiones del estudio
3. ECG comprimido	11. Análisis PR
4. Morfologías	12. Variabilidad frecuencia
5. Arritmias	13. Análisis QT
6. Latidos promediados	14. Informe
7. Gráficos	15. Datos del estudio
8. Tablas	16. Actualizar resultados

ECG

En el visor de ECG se puede recorrer la grabación a través de los cursores o mediante el teclado (←, ↑, →, ↓, Re. Pág., Av. Pág.) y con las teclas + y - se hace una ampliación o disminución de la escala temporal.

La parte superior del ECG contiene una barra con botones que permiten seleccionar que canal se quiere visualizar.




Figura 34. Botonera navegación del ECG

En la misma barra se tiene la posibilidad de seleccionar un horario del trazado que se quiera revisar, y definir la escala milivolts por mm y mm por segundo.

El botón de anotaciones deshabilita la visualización de los puntos identificados de cada complejo.

El botón de ECG filtrado, aplica los filtros a la visualización del trazado.

El botón de Referencia habilita un pulso de referencia al final del trazado en cada canal.

El botón **Guardar evento** permite guardar la tira visualizada en pantalla para una posterior

impresión.

Datos del latido

Seleccionando un latido en el visor de ECG, se presenta en el lateral derecho de la pantalla los datos generales del latido como:

- Tipo de latido (Normal, Ventricular, etc.).
- Hora (hh mm ss).
- Intervalo RR.
- Intervalo RR promedio en el último minuto.
- Frecuencia cardiaca.

A cada latido se le asocia una FC que resulta de promediar el RR de los 10 latidos previos tales que:

- El latido no sea una pausa (RR debe ser menor a 2 segundos)
- El latido no sea prematuro (RR debe ser mayor al 70% del RR promedio)
- El latido no sea compensatorio (RR debe ser menor al 140% del RR promedio)

Se considera una pausa a un latido con RR mayor a una cantidad de segundos determinada por el usuario. El valor por omisión es de 2 segundos.

Y datos característicos por cada canal:

- Detección de ondas (QRS Presente o la onda ausente).
- Desnivel ST.
- Pendiente ST.
- Amplitud QRS.
- Intervalo QRS.
- Intervalo QT.
- Intervalo PR.




Figura 35. Datos del latido

Medición de ST

El análisis ST se realiza sobre las tres derivaciones de ECG.

Se informa:

- Histograma de los desniveles ST para las 24 a 48 horas, por derivación.
- Gráfico de tendencia del desnivel ST promedio por minuto para las 24 a 48 horas, por derivación.
- Cantidad de eventos ST en cada hora y derivación (indistinto elevación o depresión).
- Máximo valor de elevación en cada hora y derivación.
- Máximo valor de depresión en cada hora y derivación.

El sistema realiza el análisis en forma automática inicialmente, pero el usuario puede repetirlo calibrando manualmente los puntos de medición.

Presionando en **Estudio** y luego en **Recalcular mediciones ST** aparecerá una pantalla como la siguiente:




Figura 36. Medición manual de parámetros ST

En esta pantalla el usuario puede ajustar los cursores de Nivel Isoeléctrico, Punto J e Intervalo de medición para cada canal y así recalculer la medición del ST. Una vez ajustados los cursores se debe presionar **Inicia** y una barra indicará el porcentaje recalculado.

No se informan los rangos de ritmo cardíaco, rango de los valores de desplazamiento y/o inclinación durante cada episodio.

ECG Comprimido

En el ECG comprimido se tiene la visualización Full Disclosure, donde se puede editar la cantidad de líneas y el tiempo por línea y los canales que desea visualizar.




Figura 37. Pantalla de ECG comprimido

Morfologías

Aquí se puede revisar todas las morfologías identificadas por el sistema en el examen. El sistema divide las morfologías en grupos de latidos clasificados, no clasificados y falsos latidos. Dentro del grupo de latidos clasificados se encuentran los grupos de latidos normales, ventriculares, supraventriculares y otros. También se puede visualizar el visor ECG y los datos del latido seleccionado.

Seleccionando, por ejemplo un grupo de latidos normales, en el panel derecho se muestran los latidos que integran el grupo seleccionado.




Figura 38. Pantalla de morfologías

Se puede seleccionar el grupo que desee para visualizar las morfologías asignadas por el sistema con el nombre Normal, Ventricular, Supraventriculares, Indeterminados, etc. El grupo de indeterminados son aquellos que el sistema no pudo identificar como normales, ventriculares, etc. El grupo de latidos no clasificados son aquellos latidos que no pudieron agruparse a ninguna morfología típica.

Se puede concordar con la clasificación del sistema o si no se puede reclasificar de diferentes formas según su criterio:

1. Seleccionar un grupo y reclasificar todos los latidos que están asociados al agrupamiento respectivo. (Seleccionar al grupo con el mouse y teclear botón derecho del mouse).

2. Seleccionar un latido de un grupo y reclasificarlo. (Seleccionar un grupo y un latido con el mouse y teclear botón derecho del mouse).




Figura 39. Selección de morfologías por grupo

3. Seleccionar un latido de la tira del visor de ECG y reclasificarlo. (Seleccionar el latido con el mouse y teclear botón derecho del mouse).




Figura 40. Selección de morfologías desde el ECG

La opción de anular RR permite, al momento de detectar Arritmias, no tener en cuenta los intervalos RR en los que no se pudo detectar el punto R del latido. Al elegir esta opción también se anula el grupo de latidos que se encuentra en dicho intervalo. Para habilitar nuevamente el intervalo RR se debe seleccionar el intervalo anulado, hacer click derecho y elegir 'Restaurar RR'.

4. Por último se puede seleccionar simultáneamente varios grupos o latidos de un grupo y reclasificarlos simultáneamente mediante la selección con el mouse y manteniendo la tecla **CONTROL** o la tecla **SHIFT** presionada.




Figura 41. Selección múltiple de morfologías

En el caso que se desee reclasificar a un grupo o latido se tiene la opción de clasificar el grupo o el latido como falso, o reasignárselo a otro tipo de morfología. Los grupos o latidos se asignan al grupo de falsos latidos, donde usted tiene posibilidad de visualizarlos y reclasificarlos en caso de que cometa algún error.

Desde la tira de ECG se pueden seleccionar múltiples latidos manteniendo presionada la tecla Ctrl y haciendo click en el latido que se desea seleccionar, ó haciendo click en el primer latido, presionar la tecla Shift del teclado y hacer click en el último latido del grupo que se desea seleccionar.




Figura 42. Selección múltiple de latidos en el trazado



ADVERTENCIA Esta herramienta realiza una detección y clasificación automática de latidos, la cual no es exacta en el 100% de los casos. Es obligatorio que el usuario supervise la clasificación realizada por la aplicación.

Arritmias

Aquí se puede visualizar las arritmias y seleccionar el tipo de arritmias como los pares ventriculares, taquicardias ventriculares, bigeminismos, trigeminismos, tripletas ventriculares y supraventriculares, pares supraventriculares, taquicardias supraventriculares y pausas. Seleccionado el tipo de arritmia en el panel derecho se puede visualizar el horario de ocurrencia, donde seleccionando el horario el sistema automáticamente muestra el evento en el visualizador de ECG.




Figura 43. Pantalla de visualización de las arritmias del estudio

En la barra de menú de la sección se encuentran 3 botones:




Figura 44. Menú botonera de arritmias

1. Elimina un evento seleccionado de la lista.
2. Ordena los eventos por instante de ocurrencia.

3. Ordena los eventos por duración.

Estas opciones también se encuentran disponibles haciendo click derecho sobre la lista de eventos.



ADVERTENCIA Esta herramienta realiza una detección y clasificación automática de arritmias, la cual no es exacta en el 100% de los casos. Es obligatorio que el usuario supervise la clasificación realizada por la aplicación.

Latidos promediado

Esta pantalla permite visualizar un latido promedio y efectuar mediciones sobre dicho latido. Para efectuar las mediciones se debe hacer un click sobre el cursor que se desea mover y arrastrándolo a la posición deseada.




Figura 45. Pantalla del latido promediado

Gráficos

Aquí se permite la visualización de los gráficos de tendencia e histogramas en 24 a 48 hs.




Figura 46. Pantalla de gráficos

Tablas

Aquí se puede ver las tablas con los resultados del estudio. Para editar alguno de los valores, se debe hacer doble click sobre el renglón a modificar o seleccionar la fila y hacer click en el botón que se encuentra arriba de las tablas, en la parte izquierda. Aparecerá en la parte de abajo, una tabla de una sola fila donde se puede editar los valores. Al editar el valor y presionar 'Enter', este quedará con el nuevo valor asignado.




Figura 47. Pantalla de tablas



ADVERTENCIA El usuario debe supervisar los valores presentados en la tabla, que sean resultado de un cálculo automático realizado por la aplicación.

Eventos

Aquí se puede editar todo los eventos guardados para su posterior impresión. Haciendo click en los títulos del encabezado de la tabla de eventos, se puede ordenar los mismos de forma ascendente o descendente.




Figura 48. Pantalla de eventos

Al momento de agregar un evento, en la descripción, se guardará un historial de descripciones ingresadas para ser nuevamente utilizadas sin tener que escribir todo el texto. Se pueden ver los textos ingresados haciendo click en el botón con forma de triángulo.




Figura 49. Menú para guardar un evento

Conclusiones

Aquí usted puede escribir las conclusiones del estudio en el editor de texto con la posibilidad de proporcionarle formato de negrita, itálica y subrayado a los textos. El texto que usted escriba se imprimirá en el informe un vez que presione con el Mouse el botón de guardar.




Figura 50. Pantalla para editar las conclusiones del estudio

En la parte izquierda de la pantalla se encuentra la sección de 'Lista de frases'. Esta lista viene con un árbol de frases predefinidas utilizadas usualmente para escribir las conclusiones del informe. Se pueden agregar nuevas, modificar o quitar frases.

En la barra de edición del formato de las conclusiones se encuentra un botón que abre un nuevo panel donde se muestran los datos de la primera hoja del informe para poder ser utilizados al momento de escribir las conclusiones.




Figura 51. Menú para agregar un árbol de frases

Haciendo click derecho sobre algún grupo o frase se despliega un menú que permite agregar un grupo: en donde se podrá agregar frases. Este grupo se podrá renombrar y borrar.

Para agregar una frase se utiliza el mismo proceso: hacer click derecho sobre el grupo en donde se quiera agregar la frase y se elige la opción de 'Agregar Frase' y asignarle un nombre significativo. Los botones de flechas azules permiten ordenar las frases dentro de un grupo.

Las flechas azules   permiten ordenar las frases haciendo click sobre la frase a reubicar, se presiona la flecha (hacia arriba o abajo) y la frase se moverá.

Al agregar o editar una frase, se abrirá una nueva ventana donde poner un título representativo que nos ayude al momento de buscar la frase en el árbol de frases, y la frase propiamente dicha.




Figura 52. Ventana para agregar una frase

Aquí se podrá agregar la cantidad de líneas que crea necesaria, pudiendo copiar, cortar o pegar texto, cambiar la tipografía, tamaño, estilo, alineación y color del texto. Luego de agregar el texto y modificarlo, deberá guardarlo haciendo click en 'Aceptar'.

Al tener cargadas las frases predefinidas de su elección, haciendo doble click sobre cada frase del árbol de frase o arrastrándola con el Mouse puede agregar los textos en las conclusiones.

Si no desea utilizar el árbol, puede escribir directamente las conclusiones en el recuadro de conclusiones, en el medio de la pantalla.

Análisis PR

En esta pantalla se presentan gráficos de tendencias del intervalo PR en cada canal.




Figura 53. Pantalla de análisis PR

Análisis de marcapasos

El sistema permite la detección de la espiga de marcapasos como muestra la figura.



Informe

Juramento 5841 - (C1431CLA) Buenos Aires, Argentina - Tel: (+5411) 4572-7004
WhatsApp: +54 9 11 3424 6494 | info@veccsa.com - www.cardiovex.com.ar




Figura 55. Pantalla del informe

El pre-visualizador tiene una botonera para editar y navegar el informe.



Figura 56. Menú navegación del informe

- Los cuatro botones son opciones de visualización de hojas en el informe:
 - Página completa.

- Ancho de página.
 - Tamaño original.
 - Dos páginas.
2. Manejan el zoom de la visualización.
 3. Navegan las páginas del informe:
 - Primera página.
 - Página anterior.
 - Página siguiente.
 - Última página.
 4. Se utiliza para modificar los datos de la primera hoja del informe.
 5. Abre la ventana de 'Opciones avanzadas del informe'. Aquí se podrá elegir qué secciones del informe imprimir, qué mostrar y qué no.




Figura 57. Ventana de opciones avanzadas de informe

6. Impresora imprime el informe en su impresora predeterminada.

7. Permite guardar el informe en PDF.
8. Permite enviar por mail una copia del informe en PDF utilizando su cliente de correo predeterminado en su PC.
9. Permite seleccionar entre los encabezados previamente almacenados, para ser utilizado en el encabezado de la primera hoja del informe.

En los eventos del estudio impresos en el informe aparece una tira de ECG del canal 1 que muestra el triple de tiempo de duración del evento.

Evento informado por el paciente - 10 mm/mV, 25 mm/seg




Figura 58. Impresión de un evento en el informe

Actualizar resultados

No obstante, el sistema tiene la posibilidad de que la actualización de los datos sea automáticamente. Esta configuración se activa a través del menú de configurar "Actualización de los datos automáticamente".




Figura 59. Actualizar resultados automáticamente

Variabilidad de frecuencia

Introducción

El sistema CardioVex Holter realiza un análisis de Variabilidad en Frecuencia Cardíaca (VFC) que permite examinar la información de los intervalos R-R normales mediante métodos de dominio temporal, de frecuencia y geométricos. Además incluye cálculos estándares, SDNN, SDNN, SDANN, RMSSD, NN50, PNN50, gráficos de Lorenz, interpolación triangular del histograma de intervalos de los latidos normal-normal (NN), índice HVR, gráficos de estimación espectral horaria y 3D.

En los últimos años, se ha reconocido la relación existente entre el funcionamiento del sistema nervioso autónomo y la mortalidad cardiovascular. Esto ha motivado la búsqueda de marcadores cuantitativos del balance autonómico. La Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) representa uno de los más promisorios. La VFC se define como la variación que ocurre en el intervalo de tiempo entre latidos consecutivos y se ha propuesto que su comportamiento depende de la modulación autonómica, así como sus implicaciones en la mortalidad cardiovascular. Para evaluar la VFC se analiza el tacograma (registro de frecuencia cardíaca en el tiempo). El estudio de la VFC comenzó hace 30 años, aproximadamente, y ha ganado mayor importancia en los últimos 10 años. Existen varios métodos para evaluar la VFC. Los más aceptados actualmente son los métodos en el dominio de la frecuencia (análisis espectral).

El análisis espectral consiste en descomponer el tacograma, el cual se asemeja a una onda compleja, de manera que se obtienen los componentes espectrales, y se encuentran componentes de alta frecuencia (HF), relacionados con el tono parasimpático, uno de baja frecuencia (LF),

relacionado con la modulación tanto simpática como parasimpática y otro de muy baja frecuencia (VLF), el cual no se ha relacionado con el sistema nervioso autónomo. Los métodos del dominio del tiempo, son básicamente estadísticos y evalúan la variabilidad por medio de promedios y desviaciones estándar. Son los más conocidos, pero al parecer tienen menos ventajas que los métodos espectrales. La VFC se correlaciona con adaptaciones fisiológicas a cambios en el medio interno, externo y a la presencia de enfermedades. En este manual se explican a modo de resumen los principales métodos de análisis en el dominio de la frecuencia y en el tiempo que contiene el CardioVex Holter.

Análisis de la variabilidad de la Frecuencia Cardíaca

El software considera solo los intervalos RR cuyos latidos sean normales-normales. De modo tal, el sistema construye con estos datos el registro de frecuencia cardíaca en el tiempo (tacograma). La calidad del análisis Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca depende del análisis de clasificación de latido, no obstante es de gran importante de que el usuario haya pasado por los pasos anteriores de análisis del registro de Holter.

Análisis en el dominio del tiempo

Usted mediante la barra de navegación que se presenta en costado inferior izquierdo puede visualizar los diferentes datos que desea extraer del análisis de variabilidad en frecuencia.




Figura 60. Variabilidad de la frecuencia cardíaca a través del tiempo

Presionando en el menú de navegación "Tabla (Tiempo)", usted puede visualizar los datos estadísticos extraídos por el sistema en dos formatos. El primero es la tabla horaria mostrados el resumen hora a hora, en 24 a 48 hs y en horario de sueño y vigilia. El segundo formato es el resumen de 24 a 48 que se muestra en el costado superior izquierdo.

Presionando en el menú de navegación "Gráficos (Tiempo)", usted tiene la posibilidad de visualizar los gráficos estadísticos:

- Histograma de todos los intervalos NN.

- Histograma de diferencias entre intervalos de todos NN adyacentes.
- Tendencias de 24 a 48 hs. de SDNN, RMSSD y PN50 por hora.
- Tendencias NN promedio en segmentos de 5 min.
- Tendencias SDNN promedio en segmentos de 5 min.

Subsiguientemente se presenta un resumen detallado sobre el significado de los índices estadísticos y geométricos:

Tabla 4. Mediciones Estadísticas

Variable	Unidades	Descripción
SDNN	mseg.	Desviación estándar de todos los intervalos NN, de un registro total.
SDANN	mseg.	Desviación estándar de los promedios de intervalos NN de segmentos de 5 minutos, de un registro total.
RMSSD	mseg.	Raíz cuadrada del promedio de las diferencias al cuadrado entre los intervalos NN.
Índice SDNN	mseg.	Promediados de las desviaciones estándar de los intervalos NN de segmentos de 5 minutos, de un registro total.
NN50		Número de diferencias entre intervalos NN adyacentes mayores a 50 mseg.
pNN50		Porcentaje total de las diferencias entre los intervalos NN adyacentes mayores a 50 mseg.

A continuación se presentaran algunos ejemplos del modo de cálculo de los índices:

SDNN = Desviación estándar de todos los intervalos NN, de un registro de 24 hs. de grabación. Note que el siguiente ejemplo la media equivale a 846 mseg y su desvió estándar o sea SDNN es de 107. En términos simples el desvió estándar es un modo de representar la dispersión de los valores alrededor de la media.




Figura 61. SDNN

SDANN = Desviación estándar de los promedios de intervalos NN de segmentos de 5 minutos, de un registro de 24 hs. Note que en el siguiente ejemplo la media de 6 segmento de 5 minutos es equivalente 846 mseg y desvío estándar de la medias o sea (SDANN) es de 103 mseg. Se trata del desvío del valor medio obtenido de valores medio, por lo que siempre es inferior al SDNN




Figura 62. SDANN

Índice SDNN = Promedios de las desviaciones estándar de los intervalos NN de segmentos de 5 minutos, de un registro 24 hs.




Figura 63. Índice SDNN

pNN50 = porcentaje de intervalos NN adyacentes con diferencias de duración mayor que 50 mseg. En este ejemplo equivale a 30%.




Figura 64. pNN50

rMSSD = raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las diferencias entre los intervalos NN adyacentes.

Tabla 5. Mediciones geométricas

Variable	Unidad	Descripción
Índice TINN	mseg.	Ancho de la base del triángulo de interpolación con el histograma de todos los intervalos NN.
Índice HRV	mseg.	Número total de todos los intervalos NN dividido por el alto del histograma de todos los intervalos NN

El cálculo de los índices geométricos parte de la construcción del histograma de intervalos NN. El valor del índice HRV (Heart Rate Variability) es obtenido a través de la división entre el área de la integral de D (distribución de densidad) y alto máximo del histograma $Y=D(X)$. El índice TINN (Triangular interpolation of NN interval histogram) se calcula haciendo la diferencia entre M y N.

Para establecer los parámetro N y M se implementa un método de optimización por cuadrados mínimos entre el histograma de intervalos NN y la función $q(t)$, donde $q(t)=0$ para $t=N$, $t=M$ y $q(X)=Y$ (ver figura a continuación).




Figura 65. Gráfico

Gráficos de Lorenz

El gráfico de Lorenz es un mapa de puntos en coordenadas cartesianas, donde cada punto representa en el eje axial horizontal (abscisa) el intervalo RR normal precedente y en el eje axial vertical (ordenada) el intervalo RR normal siguiente (ver figura a continuación).




Figura 66. Gráfico

Análisis en el dominio de la frecuencia

Presionando en el menú de navegación "Tabla de 24 hs. frec", usted puede visualizar los datos del análisis espectral del tacograma. La tabla horaria que se presenta a modo de resumen de datos de potencia en los diferentes rangos de la frecuencia hora a hora, en 24 hs. y en horario de sueño y vigilia.




Figura 67. Pantalla de análisis en el dominio de la frecuencia

Presionando en el menú de navegación "Gráficos frec.", usted puede visualizar los gráficos espectrales y de tendencia por hora:




Figura 68. Gráficos espectrales

Unas de las representaciones es el gráfico 3D de estimación espectral, donde en el eje (1) representa la frecuencia, en el eje (2) representa el tiempo y en el eje (3) representa la potencia




Figura 69. Gráfico de espectro de potencia

A continuación se presentan un resumen detallado sobre el significado de los índices espectrales:

Tabla 6. Índices espectrales

Variable	Unidad	Descripción
ULF	mseg ² /Hz	Potencia en ultra baja frecuencia ≤ 0.003 Hz
VLF	mseg ² /Hz	Potencia en muy baja frecuencia 0.003 - 0.04 Hz.
LF	mseg ² /Hz	Potencia en baja frecuencia 0.04 - 0.15 Hz
HF	mseg ² /Hz	Potencia en alta frecuencia 0.15 - 0.4 Hz
Potencia Total	mseg ² /Hz	Potencia total aproximadamente ≤ 0.4 Hz.
L f norm.		Potencia en LF normalizada $LF/(Potencia\ Total - VLF) \times 100$
HF norm.		Potencia en HF normalizada $HF/(Potencia\ Total - VLF) \times 100$
LF / HF		Relación LF/HF

En los registros largos (24 hs) la potencia se descompone en cuatro bandas:




Figura 70. Gráfico

1. Banda de alta frecuencia (HF) oscilando alrededor de 0.15-0.4 Hz, o sea 24 ciclos/min. Que correspondiente a las variaciones de frecuencia relacionadas con el ciclo respiratorio (arritmias sinusal respiratoria) y además es aceptado como un marcador de la actividad del sistema parasimpático.
2. La banda de frecuencia correspondiente a LF oscilando alrededor de 0.04-0.15 Hz, o sea 2.4 a 9 ciclos/min., moduladas tanto por el sistema simpático y parasimpático, con predominancia simpática en algunas situaciones específicas que se reflejan como oscilaciones del sistema baroreceptor.
3. La banda de frecuencia más baja VLF (0.003 a 0.04 Hz, o sea 0.2 a 2.4 ciclos/min.) depende de los mecanismos termorreguladores y del sistema renina-angiotensina, cuya regulación también

afecta al simpático y parasimpático.

4. La banda de ultra baja frecuencia ULF (< 0.003 Hz o sea < 0.2 ciclos/min.) que corresponde en su mayor parte a la varianza tota, su significado fisiológico no está bien definido.

Mantenimiento

Limpieza del registrador y el cable del paciente

Para limpiar el equipo y sus accesorios siga las siguientes instrucciones:

- Retire los cables de paciente del registrador.
- Retire la batería y cierre la tapa de la batería.
- Limpie el exterior del registrador Holter y los accesorios con un paño húmedo. Utilice un detergente suave diluido en agua.
- Séquelos con un paño limpio y suave o con toallitas de papel.
- Vuelva a conectar el cable del paciente al registrador.
- Antes de cada uso, limpie el cable del paciente del modo descrito.

Inspección del registrador

Antes de realizar un procedimiento Holter inspeccione el cable y las derivaciones del paciente, el LED o la ventana LCD y la carcasa.

Comprobación del registrador

Cuando revise el registrador o sospeche de la existencia de algún problema, realice los siguientes procedimientos de prueba:

1. Compruebe que el registrador funciona correctamente utilizando un simulador de ECG para obtener un ECG estándar de amplitud conocida.
2. Cargue los datos del ECG en la estación de trabajo y compruebe que las curvas son normales, con la amplitud adecuada y sin distorsiones o ruido excesivo.

Formateo de memoria SD

Se recomienda que periódicamente se realice un formateo de la memoria SD. Esto asegura que habrá suficiente espacio para nuevos estudios y que el equipo podrá grabar los datos eficientemente. Este procedimiento también permite detectar si una memoria está dañada.

- Coloque la memoria SD en una PC con Windows (por medio del lector de memorias SD o en una ranura para SD integrada a la PC)
- Desde "Mi PC" seleccione la unidad asociada a la memoria y luego "Archivo - > Formatear", o botón derecho sobre dicha unidad y luego "Formatear".
- En la opción "Sistema de archivos" elija formato "FAT32".
- Se recomienda hacer un formato completo (no tildar "Formato rápido")
- Una vez finalizado el formateo puede extraer la memoria SD y utilizarla con su sistema CardioVex Holter.

Almacenamiento del registrador

Extraiga la batería antes de almacenar el registrador. Tenga en cuenta las condiciones ambientales para el almacenamiento. Consulte la sección [Características de registrador](#).

Eliminación del equipo

Deseche el registrador y sus accesorios de acuerdo con las leyes locales.

Siga la normativa nacional sobre reciclaje o la política de reciclaje de su centro para garantizar la eliminación adecuada del registrador y sus accesorios. Si desea obtener más información sobre el reciclaje, llame a la Agencia para la protección del medio ambiente local.

Especificaciones técnicas

Características de registrador

Tabla 7. Características del registrador

Dimensiones	76,2 mm x 83,5 mm x 17,6 mm, sin incluir cables, ver especificaciones de los cables en la sección
Peso	130 g, incluyendo batería y cables de paciente
Velocidades de trazado	12,5mm/seg, 25mm/seg, 50mm/seg
Sensibilidades	5mm/mV, 10mm/mV, 15mm/mV, 20mm/mV
Ancho de banda	0,05Hz - 55Hz
Muestreo y digitalización	Frecuencia de muestreo 250Hz Resolución 8 bit Sensibilidad referida a la entrada 13,7uV/LSB
Alimentación	1 pila AA 1,5VDC Consumo 40mADC
Clasificación de entradas	Partes aplicables tipo BF sin protección contra desfibrilador
Rechazo de modo común	100dB
Impedancia de entrada	> 11 MΩ
Detección de pulso de marcapasos	Amplitud del pulso mayor o igual a 25mV, duración del pulso entre 0,1ms y 2,0ms
Duración del estudio	Más de 48 horas continuas con una pila nueva
Temperatura de operación	0°C a 45°C
Humedad relativa de operación	0 – 95% sin condensación
Presión atmosférica de operación	700 a 1060 hPa
Temperatura de transporte y almacenamiento	0°C a 60°C
Humedad relativa de transporte y almacenamiento	0 – 95% sin condensación
Presión atmosférica de transporte y almacenamiento	700 a 1060 hPa

Características del software

Tabla 8. Características del software

Análisis simultáneo de arritmias ECG en los tres canales
--

Análisis simultáneo del segmento ST en los tres canales (depresión, elevación y pendiente)
Gráficos de tendencias en 24 a 48 hs de frecuencia cardíaca, incidencias ventriculares, incidencias supraventriculares, segmento ST por cada canal e intervalo PR
Histogramas de R-R y ST por cada canal
Variabilidad en frecuencia
Tablas con sumarios de 24 a 48 hs
Editor de morfología
Validación de eventos y reclasificación de todos los eventos
Generador de reporte, con vista previa
Almacenamiento de las grabaciones del Holter y de los reportes analizados

Cumplimiento de normativas

Tabla 9. Normas

IEC/EN 60601-1	CEI/IEC 60601-2-47
----------------	--------------------

Requerimientos mínimos de la PC

Tabla 10. Requerimientos mínimos de la PC

Procesador	Procesador Intel Core i3 3.2Ghz.
Memoria RAM	4 Gb de memoria RAM.
Disco rígido	20 GB de espacio disponible en el Disco Rígido.
Monitor	Monitor VGA con resolución mínima de 1024x768
Sistema operativo	Windows XP, VISTA, 7, 8 y 10
Impresora	Láser / Chorro de Tinta

Accesorios

Para solicitar accesorios, llame al Centro de asistencia técnica de CardioVex en los números que aparecen en el pie de página.

Tabla 11. Accesorios

Accesorio	Detalle	Especificación
Cables portaelectrodos Ref. CPHLT	Tipo de conexión	Socket a Snap
	Largo	60 cm
	Colores	Rojo, Blanco, Marrón, Negro, Naranja, Azul y Verde
Tarjeta de memoria Ref. MEMSD	Tipo de memoria	SD(Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Capacidad / formato	1 GB como mínimo Formatos FAT16 o FAT32
	Voltaje de operación	3,3V
Estuche de grabador Ref. ESTHLT		Estuche de cuerina gris con cierre de velcro
Cinturón Ref. CINT		Cinturón de tela sintética con hebilla plástica
Electrodos	Electrodos autoadhesivos descartables	Para el estudio de Holter se requiere la utilización de electrodos autoadhesivos descartables de Ag/AgCl. Deben evitarse los electrodos de esponja con gel húmedo, ya que producen un contacto deficiente con la piel cuando el paciente está en movimiento. En cambio, se recomienda utilizar electrodos de gel sólido.



Advertencia Respete la fecha de vencimiento de los electrodos descartables

Información sobre emisiones electromagnéticas e inmunidad

Emisiones electromagnéticas

El Registrador Holter de CardioVex está diseñado para funcionar en el entorno electromagnético especificado a continuación. Es responsabilidad del cliente o usuario del Registrador Holter de CardioVex asegurarse de que se encuentra dentro de este entorno.

Tabla 12. Emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones	Conformidad	Entorno electromagnético - Guía
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 2	El Registrador Holter de CardioVex emite energía electromagnética para desempeñar la función para la que está diseñado. Los equipos electrónicos próximos podrían verse afectados.
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase B	El Registrador Holter de CardioVex está indicado para su uso en cualquier tipo de ubicación, incluidas las domésticas. El registrador no incluye conexión con la red pública de alimentación de baja tensión.
Emisiones de armónicos IEC 61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de tensión/emisiones intermitentes IEC 61000-3-3	No aplicable	

Inmunidad electromagnética

El Registrador Holter está diseñado para su uso en el entorno electromagnético indicado a continuación. Es responsabilidad del cliente o usuario del Registrador Holter asegurarse de que se utiliza dentro de este entorno.

Tabla 13. Inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad Nivel de prueba	IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Guía
Descarga electrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	± 6 kV contacto ± 8 kV aire	El suelo debe ser de madera, cemento o cerámico. En suelos de materiales sintéticos, la humedad relativa debe ser como mínimo de un 30%
Corrientes eléctricas transitorias rápidas/picos de tensión IEC 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de entrada / salida	No aplicable.	
Sobretensión IEC 61000-4-5	± 1 kV modo diferencial ± 2 kV modo común	No aplicable.	
Caídas de tensión, breves interrupciones y variaciones de tensión en las líneas de alimentación. IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% de caída de UT) durante 0,5 ciclos 40% UT (60% de caída de UT) durante 5 ciclos 70% UT (30% de caída de UT) durante 25 ciclos <5% UT (>95% de caída de UT) durante 5 segundos	No aplicable.	
Campo magnético de frecuencia (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	

Prueba de inmunidad Nivel de prueba	IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético - Guía
Radiofrecuencia conducida IEC 61000-4-6 Radiofrecuencia radiada IEC 61000-4-3	3 Vrms 150 kHz a 80 MHz 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz	No aplicable. 3 V/m	Los sistemas móviles y portátiles de comunicación basados en transmisión por radiofrecuencia deben utilizarse a una distancia del Registrador Holter y los cables que no sea inferior a la distancia de separación recomendada, calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada $d = (1,17) \sqrt{P}$ $d = (1,17) \sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = (2,33) \sqrt{P}$ 800 MHz a 2,5 GHz donde P es el valor de potencia de salida máximo del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Tal como determina un estudio sobre la compatibilidad electromagnética in situ, las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos deben ser inferiores al nivel de conformidad en cada gama de frecuencias. Se pueden producir interferencias cerca de los equipos marcados con el símbolo siguiente: 

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la gama de frecuencia superior.

Nota 2: estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

- a. Las intensidades de los campos generados por transmisores fijos, como las unidades de base para radioteléfonos (móviles / inalámbricos) y estaciones radiomóviles terrestres, radioaficionados, radio AM y FM y TV no se pueden prever con precisión desde el punto de vista

teórico. Para valorar la intensidad de un entorno electromagnético generado por transmisores RF fijos, sería aconsejable efectuar una comprobación electromagnética in situ. Si la intensidad del campo tomada en el punto en el que se utiliza el Registrador Holter supera el nivel de compatibilidad de RF aplicable indicado anteriormente, deberá revisarse el registrador para comprobar que su funcionamiento es correcto. Si se observa un funcionamiento anómalo, puede ser necesario aplicar medidas suplementarias, como un cambio de la orientación o de la posición del registrador.

- b. Para gamas de frecuencia superiores a 150 KHz.-80 MHz, las intensidades de los campos magnéticos deben ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separación recomendadas entre los aparatos de comunicación por RF portátiles y móviles y el Registrador Holter

El Registrador Holter debe utilizarse en entornos electromagnéticos en los que las interferencias de RF radiadas estén controladas. El cliente o el usuario del Registrador Holter pueden contribuir a la prevención de las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el aparato de comunicación por RF portátil/móvil (transmisores) y el Registrador Holter, tal y como se recomienda a continuación, calculando dicha distancia en función de la potencia máxima de salida del aparato de comunicación.

Tabla 14. Distancia de separación

	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)		
Potencia nominal de salida máxima del transmisor (W)	150 KHz a 80 MHz d = $(1,17) \sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz d = $(1,17) \sqrt{P}$	800 MHz a 2,5GHz d = $(2,33) \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

Para los transmisores con un nivel máximo de potencia de salida no indicado en la tabla anterior, la distancia d de separación recomendada en metros (m) se puede determinar utilizando la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es el nivel máximo de potencia de salida del transmisor calculado en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: a 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación correspondiente a la gama de frecuencia superior.

Nota 2: estas directrices pueden no ser aplicables en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de las estructuras, los objetos y las personas.

Solución de problemas

Si detecta problemas de funcionamiento en la unidad, consulte las posibles causas y soluciones en la tabla siguiente.

Tabla 15. Solución de problemas

Descripción del problema	Posible causa	Solución
Al visualizar el trazado en el display y/o en el software la señal presenta ruidos o artefactos	Contacto deficiente entre los electrodos y la piel.	Mejorar la preparación de la piel. Ver sección Colocación de los electrodos al paciente Utilizar electrodos descartables adecuados. Ver sección Accesorios
	El movimiento de los cables de paciente se traslada al electrodo	Asegurar una buena colocación de los electrodos y cables de paciente. Ver Colocación de los electrodos al paciente
	Algún cable de paciente no hace buen contacto con el equipo o con el electrodo.	Asegurar una buena colocación de los electrodos y cables de paciente. Ver sección Colocación de los electrodos al paciente
En el display se indica el aviso Pila agotada	La pila está descargada. El voltaje es inferior a 1,2V.	No se puede iniciar el estudio en estas condiciones. Utilizar una pila nueva.
En el display se indica el aviso Pila con poca carga	La pila no está completamente cargada. El voltaje es inferior a 1,45V.	Se puede iniciar el estudio en estas condiciones, aunque no es recomendable. Utilizar una pila nueva.
En el display se indica el aviso Memoria SD ausente o protegida	La tarjeta de memoria no está colocada correctamente, o está protegida contra escritura.	Verificar que la memoria no está protegida contra escritura. Verificar la correcta colocación de la memoria SD en la ranura del equipo.

Descripción del problema	Posible causa	Solución
En el display se indica el aviso Error inicialización de memoria SD	La tarjeta de memoria no es compatible con el equipo o está dañada.	Verificar que el tipo de memoria es compatible con el equipo. Ver sección Accesorios Dar formato a la memoria desde una PC. Ver sección Formateo de memoria SD
En el display se indica el aviso Memoria SD ocupada, sobrescribir?	La tarjeta de memoria ya contiene un estudio Holter.	Descargue el estudio anterior desde una PC. En caso de que el estudio ya haya sido descargado y desee sobrescribir la memoria, puede confirmar e iniciar el estudio.